



Centro n° 135:

QUALITY SERVICE s.r.l.

Via Chiacchiaretta, 29

66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - ITALIA

Telefono +39 085 44 65 106

Telefax +39 085 44 07 357

E-mail qualityservice@quality-service.it

URL <http://www.quality-service.it>

-

-

Responsabile:

sig. Danilo Paolini

Sostituto:

sig.ra Debora Paparella

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*)	Note
Massa	Campioni di massa e pesi	0,001 g	$4,2 \cdot 10^{-3}$	
		0,002 g	$1,8 \cdot 10^{-3}$	
		0,005 g	$7,4 \cdot 10^{-4}$	
		0,01 g	$3,4 \cdot 10^{-4}$	
		0,02 g	$1,9 \cdot 10^{-4}$	
		0,05 g	$7,6 \cdot 10^{-5}$	
		0,1 g	$4,4 \cdot 10^{-5}$	
		0,2 g	$2,1 \cdot 10^{-5}$	
		0,5 g	$8,5 \cdot 10^{-6}$	
		1 g	$3,9 \cdot 10^{-6}$	
		2 g	$2,9 \cdot 10^{-6}$	
		5 g	$1,3 \cdot 10^{-6}$	
		10 g	$9,5 \cdot 10^{-7}$	
		20 g	$6,0 \cdot 10^{-7}$	
		50 g	$5,6 \cdot 10^{-7}$	
		100 g	$4,8 \cdot 10^{-7}$	
		200 g	$4,0 \cdot 10^{-7}$	
		500 g	$1,5 \cdot 10^{-6}$	
		1 000 g	$7,7 \cdot 10^{-7}$	
2 000 g	$6,5 \cdot 10^{-7}$			
5 000 g	$4,8 \cdot 10^{-7}$			
10 000 g	$3,7 \cdot 10^{-6}$			
20 000 g	$5,6 \cdot 10^{-6}$			

(*) L' incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*) (**)	Note
Massa	Bilance	da 1 g a 9 g da 10 g a 99 g da 100 g a 19,999 kg da 20 kg a 40 kg	$3,7 \cdot 10^{-6}$ $1,5 \cdot 10^{-6}$ $5,0 \cdot 10^{-6}$ $2,2 \cdot 10^{-6}$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%

(**) All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 *uf* (unità di formato).